



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WARMIA MAZURY Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1
82-300 ELBLĄG, ul. Zamkowa 16a
☎ 55 625 64 01, 📠 55 625 64 03
REGON 000193401

Elbląg, dnia 29 września 2017 r.

ZSZ1.261.2.2017

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 29 września 2017 r.

Dot. postępowania ZSZ1.261.2.2017:
Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

Proszę o udzielenie wyjaśnień dot. przetargu ZSZ1.261.2.2017- część 2

PYTANIE 1

Pkt. 1 – suwmiarka

Co Zamawiając rozumie poprzez opis: -4 funkcje pomiaru (zewnętrzny, wewnętrzny, wysokość i głębokość) i 1 trasowania?

Standardowa suwmiarka realizuje oczywiście te 4 pomiary: zewnętrzny, wewnętrzny, wysokość i głębokość, natomiast nie służy do trasowania.

Do trasowania służą suwmiarki o szczękach pokrytych węglikiem spiekany i stałej szczęce odpowiednio krótszej.

Czy zamawiający dopuszcza dostawę suwmiarki w wykonaniu standardowym?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1. Zamawiający zmienił zapisy poz. 1 w WYCENIE DOSTAWY dla Części 2 zamówienia stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby suwmiarka posiadała minimum 4 funkcje pomiaru (zewnętrzny, wewnętrzny, wysokość i głębokość).

PYTANIE 2

Pkt. 4 – kątomierz

Co Zamawiający rozumie przez tarcza z podziałką 0-900 biegnąca w obu kierunkach? Czy może miało być 0-90° ?

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 1. Zamawiający zmienił zapisy poz. 4 w WYCENIE DOSTAWY dla Części 2 zamówienia stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ. Zapisy poz. 4 otrzymały brzmienie: dokładność odczytu minimum $1/12^\circ = 5$ minut, tarcza z podziałką 0-90° biegnąca w obu kierunkach.

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

.....mgr. Barbara Iwona Ciechorska.....